

Guantes de látex para Examen Latex examination Gloves

Ficha técnica

Producto: (5,5g) Guantes de látex para examen médico

Material: Látex de caucho natural

Tipo: No estéril

Diseño y Características: Ambidiestro, superficie suave

Puño: Moldeado

Uso: Único uso

Color: Beige

Empaque: 100+-2pcs/caja, 10 o 20 cajas en master cartón

GROSOR

LOCALIZACIÓN DEL GROSOR MEDIDA	PARED SIMPLE (mm)	
	ASTM D3578	MAXTER
DEDO	MIN 0,08	MIN 0,10
PALMA	MIN 0,08	MIN 0,09
PUÑO	N/A	MIN 0,08



DIMENSIONES

TAMAÑO	PESO	ANCHO PALMA		LONGITUD	
		ASTM D3578	MAXTER	ASTM D3578	MAXTER
XS	4.6+-0,2	70+-10	70-79	MIN220	MIN240
S	5.0+-0,2	80+-10	80-89	MIN220	MIN240
M	5.4+-0,2	95+-10	90-99	MIN230	MIN240
L	5.8+-0,2	110+-10	100-109	MIN230	MIN240
XL	6.3+-0,2	120+-10	110-119	MIN230	MIN240

PROPIEDADES FÍSICAS

	ANTES DE ENVEJECIMIENTO		DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO	
	ASTM D3578	MAXTER	ASTM D3578	MAXTER
RESISTENCIA (MPa)	MIN 18	MIN 18	MIN 14	MIN 14
ELONGACIÓN (%)	MIN 650	MIN 650	MIN 500	MIN 500
FUERZA DE ROTURA	N/A	MIN 6	N/A	MIN 6

Guantes de Látex para Examen Latex examination Gloves

Contenido de Proteína: Max 200 mg/dm²

Nivel de Polvo ó Talco: MAX 10 mg/dm²

Norma Estandar: ASTM D3578, EN455 Parte 1, 2, 3, 4

Criterios de Inspección: (muestra e inspección ISO2859)

	NIVEL DE INSPECCIÓN	AQL
IMPERMEABILIDAD	G1	1,5
DEFECTOS MAYORES	G1	2,5
DEFECTOS MENORES	G1	4,0
DIMENSIONES	S2	4,0
PROPIEDADES FÍSICAS	S2	4,0

SELLO DE CALIDAD:

ISO9001 certificado por SGS (UK) y SIRIM (Malaysia)

ISO13485 certificado por SGS (UK)



Authorized by

SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification
Rosemead Business Park, Elmson Road, Chislehurst, CH65 3EN, UK
t +44 (0)181 300-6666 f +44 (0)151 300-0000 www.sgs.com

SGS 8001-8-01-0614



(+572) 395 7159 - 392 7110

información@dispocol.com

Calle 5B4 No 38-51/Cali-Colombia

www.dispocol.com