

# FICHA TÉCNICA

#### **CUERPO PRINCIPAL**

**Componente:** Látex natural Fórmula molecular: N/A Contenido: 100% látex natural

# LÍQUIDO LUBRICANTE

Componente: Óxido de silicio Fórmula molecular: SiO2 Contenido: 100% silicon

#### **SABOR**

Componente: Perfume de alimentos, aceite esencial natural, alcohol

Formula molecular: N/A

Fabricante: Suzhou colour - way enterprise development co., Itd

Dirección: Donggiao industrial area, Xiangcheng distrito, Suzhou ,China

Dirección de producción: Longshaindustrial area, Huashi, Jiangyin,

Jiangsu, China

**EC - representante:** Shanghai international holding corp.Gmbh (europe)

**Dirección:** Eiuestraße 80,20537 Hamburg, Germany

Nombre del producto: ClickMe Condoms

Claficación: II b. NO 14

**Anchura:** 53mm, con una tolerancia de +2mm y con una tolerancia de + 1mm

Longitud: 187mm

**Grosor:** 0.13/2 = 0.065mm

Cumple con: Ec directive 93/42/EEC (normativa para dispositivos médicos) en

ISO 13485:2003 sistema especial decalidad, requiere aplicar ISO

9001 para dispositivos médicos.



### **DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**



# Lubricado

Diseño totalmente lubricado creado para una mayor seguridad.

Medidas: 52+/-2mm

Presentación: Caja x 3 unidades

Plegadiza x 24 unidades

# **Punto G**

Diseño totalmente lubricado con diseño texturizado creado para mayor placer y satisfacción para ambos.

Medidas: 52+/-2mm

**Presentación:** Caja x 3 unidades

Plegadiza x 24 unidades





# **Ultrasensible**

Especial para los que quieren sentir más. Maximiza la sensibilidad y da mayor excitación.

Medidas: 52+/-2mm

Presentación: Caja x 3 unidades

Plegadiza x 24 unidades



### **DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**



## **SURTIDO**

Medidas: 52+/-2mm

Presentación: Caja x 1 unidades

Plegadiza mixta x 12 unidades

### **CERTIFICACIONES**

En 980-1999 Signos de las etiquetas en dispositivos médicos

ISO 10993:1992 Dispositivos médicos --- manejo de riesgos

ISO 10993:1992 Dispositivos médicos --- evaluación biológica

En 1041-1998 Médica - información dada por el proveedor

**ISO 4074:2002** Condones de látex --- requerimientos y forma de probarlos

**En 540-1993** Requerimientos de detalles clinicos

EC certificación Condones Nº: G1 040345 0019





